

Số : /TB-BV

Hà Giang, ngày tháng 9 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Dự trù của phòng Chỉ đạo tuyến về việc mua test HIV và vật tư kèm theo phục vụ công tác xét nghiệm HIV cho bệnh nhân lao năm 2024.

Bệnh viện Phổi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp test HIV và vật tư kèm theo để phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Hà Giang.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phó trưởng khoa Dược - Ds. Lục Thị Lý, SĐT: 0889.747.779
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang, Đ/c: Tổ 3, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 16/9/2024 đến trước 16h ngày 26/9/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục hàng hoá cần báo giá, yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng.
 - Chi tiết tại **Phụ lục số I**
- Địa điểm cung cấp, vận chuyển
 - Địa điểm cung cấp: Khoa Dược – Bệnh viện Phổi tỉnh Hà Giang, Đ/c: Tổ 3, Phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang.
 - Các yêu cầu về vận chuyển: Theo quy định của nhà sản xuất hàng hóa
- Thời gian giao hàng dự kiến: Tháng 10/2024.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản 01 lần sau khi giao, nhận hàng hóa và các giấy tờ tài liệu liên quan.
- Các thông tin khác:

- Tình trạng hàng hóa: Mới 100% chưa qua sử dụng;
Thanh toán 01 lần bằng hình thức chuyển khoản.

6. Mẫu báo giá: Theo ***Phụ lục số II*** đính kèm

Bệnh viện Phổi Hà Giang rất mong nhận được báo giá và các tài liệu liên quan của các nhà cung cấp và cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD, TCKT; HS mua sắm.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Văn Tài

Phụ lục 1: Danh mục hàng hoá.

(Kèm theo công văn số: /TB-BV ngày tháng 9 năm 2024 của Bệnh viện
Phổ tỉnh Hà Giang)

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật hoặc thành phần	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Que thử HIV	Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 99,75%, thời gian trả kết quả: 15phút, độ ổn định kết quả: 60 phút Máu xét nghiệm: Máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương (Không cần sử dụng dung dịch đệm với mẫu huyết thanh và huyết tương Bảo quản : 2°-30° c Chú ý : Sử dụng chất chống đông là EDTA khi lấy máu toàn phần hay huyết tương Thời gian cửa sổ: 20 ngày sau khi phơi nhiễm	Cái	700	
2	Găng tay y tế có bột	Găng tay có bột làm từ cao su tự nhiên, màu trắng tự nhiên, trơn hoặc có nhám đầu ngón tay, cổ tay gấp. Chiều dài tối thiểu 240mm. Độ dày ngón tay tối thiểu 0.08mm. Độ dày lòng bàn tay tối thiểu 0.08mm. Sức căng trước lão hóa tối thiểu 18MPa, sau lão hóa tối thiểu 14MPa. Độ giãn dài trước lão hóa tối thiểu 650%, sau lão hóa tối thiểu 500%. Hàm lượng bột: 8-10mg/dm ² . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE, ISO 9001	Hộp	03	
3	Găng tay y tế không bột	Găng tay có bột chưa tiệt trùng chuyên dùng trong y tế. Chất liệu được sản xuất cao su tự nhiên, sử dụng trong thăm khám. Bên trong có phủ bột chống dính, trên bề mặt găng nhẵn trơn. Chiều dài tối thiểu: 240mm. Chiều rộng: XS: 76±3mm; S: 84±3mm; M: 94±3mm; L: 105±3mm; XL: 113±3mm; Trọng lượng găng cỡ M: 5,4 ± 0,2g. Thiết kế và tính năng: Thuận cả hai tay, tính mềm mại, giảm tiết mồ hôi mang lại cảm giác thoải mái vừa vặn cho người sử dụng; găng tay sử dụng trong thăm khám y tế. Độ dày đầu ngón tay: tối thiểu 0.12mm; Lòng bàn tay, cổ tay: tối thiểu 0.10mm. Độ già hóa – Sức căng kéo dài (độ dẫn): Min: 18MPa, 650%; Sức căng kéo dài (độ dẫn): Min: 14MPa, 500%; Quy cách đóng gói: 50đôi/ hộp; 500 đôi/Thùng; Lượng bột: Tối đa 10mg/ dm ² . Lượng Protein: Tối đa 200 mg/ dm ² . Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001; ISO 13485; EC	Hộp	03	
4	Bơm tiêm ECO 5ml sử dụng 1 lần	- Xy lanh dung tích 5ml, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tổng có khóa bẻ gãy để hủy, không có ba vĩa.	Hộp	03	

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật hoặc thành phần	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		<ul style="list-style-type: none"> - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485. 			
5	Đầu côn trắng	<p style="text-align: center;">Đầu côn có khóa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bằng nhựa, đóng gói không ẩm ướt, nấm mốc - Đầu cone phù hợp với từng loại pipet, không rò rỉ 	Túi	01	
6	Ống nghiệm Heparin	<p style="text-align: center;">Ống được làm bằng nhựa PET, nắp cao su được bọc nhựa màu xanh lá</p> <p>Ống được phun hóa chất chống đông Lithium Heparin dưới dạng sương bám đều trên thành trong của ống nghiệm ở nồng độ tiêu chuẩn đủ để chống đông cho máu trong khoảng 24-36 giờ ở điều kiện nhiệt độ 2-8 độ</p>	Cái	300	
7	Bông y tế gói nhỏ cắt sẵn	<p>Được sản xuất từ Bông xơ thiên nhiên (100% cotton), màu trắng...Giới hạn acid - kiềm: Đạt trung tính (Cả hai dung dịch không có màu hồng)</p> <p style="text-align: center;">Chất hoạt động bề mặt: < 2mm Tốc độ chìm: < ss Khả năng hút nước: >100g</p> <p>Các sợi khác: Không tìm thấy sợi nào bị nhuộm màu Phát quang: Đạt (Không có sợi màu xanh lam đậm) Chất màu chiết được: Đạt theo yêu cầu Dược Điển Việt Nam V</p> <p style="text-align: center;">Chất tan trong ether: không quá 0,5% Chất tan trong nước: không quá 0,5% Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8,0% Tro sunfat: không quá 0.4% Định tính: ngâm dung dịch kẽm clorua-iod -> Sợi chuyển qua màu tím</p>	Gói	10	
8	Cồn 70°, chai 500ml	<p style="text-align: center;">Thành phần: ethanol , nước</p> <p style="text-align: center;">Dung dịch màu trong, không có vẩn đục.</p> <p>Công dụng: sát khuẩn khử trùng dụng cụ, trang thiết bị y tế. Sát trùng ngoài da</p>	Chai	03	
	Tổng số: 08 khoản				

PHỤ LỤC 2

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của....., chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, ⁽³⁾	Quy cách	hãng sản xuất	Loại trang TBYT (A,B,C,D) ⁶⁾	Số lượng/khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày tháng năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

